



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**



Kancelarz

Gdańsk, dnia 14.05.2026 r.

Numer postępowania: ZZ/48/055/D/26

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Z DNIA 14.05.2026

W dniu 14.05.2026r. wpłynęło pytanie do postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) **na dostawę spektrofotometru do prac laboratoryjnych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa na potrzeby realizacji Projektu „Inżynier 5.0 – kształcenie na potrzeby gospodarki”**.

Pytanie nr 1 do OPZ

Czy dopuszczą Państwo spektrofotometr w dolnym zakresie fotometrycznym od -0,3 – 3A?

Odpowiedź nr 1

Tak, zamawiający dopuszcza zakres fotometryczny od -0,3 do 3 A

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów **OPZ**:

Przed zmianą OPZ pkt 1, lit. b):

b) Zakres fotometryczny – co najmniej -0,1 do $\geq 2,5$ A oraz $0 - \geq 125\%T$

Po zmianie OPZ pkt 1, lit. b):

b) Zakres fotometryczny – od -0,3 do 3 A oraz $0 - \geq 125\%T$.

Zamawiający informuje ponadto o wprowadzeniu zmiany do treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, rozdział IX SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Przed zmianą rozdział IX ust. 1:

1. Ofertę należy złożyć na wypełnionym Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia w terminie **do końca dnia 15.05.2026 r.** drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: katarzyna.sobolewska@pg.edu.pl



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Po zmianie rozdział IX ust. 1:

1. Ofertę należy złożyć na wypełnionym Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia w terminie **do końca dnia 19.05.2026 r.** drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: katarzyna.sobolewska@pg.edu.pl

Powyższe odpowiedzi i zmiany stają się integralną częścią Ogłoszenia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

ZATWIERDZAM

mgr inż. Mariusz Miler
Kancelarz PG