

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Laboratoryjna prasa izostatyczna – 1 szt.:

Dostawa laboratoryjnej prasy izostatycznej do preparatyki materiału wsadowego do hodowli monokryształów w postaci polikrystalicznych prętów materiałów ceramicznych.

Urządzenie powinno spełniać następujące wymagania:

- Średnica prasowanych prętów w przedziale od 3 do 8 mm,
- Długość nie mniejsza niż 100 mm;
- Ciśnienie prasujące próbkę powinno być nie mniejsze niż 2800 bar;

W skład aparatury powinna wchodzić:

- ręczna prasa hydrauliczna,
- komora do prasowania izostatycznego
- obudowa bezpieczeństwa.