

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia – szkło laboratoryjne i drobny sprzęt laboratoryjny – 1 komplet

1. Naczynka wagowe z polistyrenu (PS) – pojemność 7 ml, wymiary ok. 41 × 41 mm, białe, antystatyczne, biologicznie obojętne, 500 szt. w opakowaniu.
2. Naczynka wagowe z polistyrenu (PS) – pojemność 100 ml, wymiary ok. 89 × 89 mm, białe, antystatyczne, biologicznie obojętne, 500 szt. w opakowaniu.
3. Probówki wirówkowe typu Falcon – pojemność 15 ml, wykonane z PP, stożkowe, sterylne, odporność na wirowanie min. 10 000 × g, w statywie, skala objętościowa, pole opisowe, 50 szt. w opakowaniu.
4. Probówki wirówkowe typu Falcon – pojemność 50 ml, wykonane z PP, stożkowe, sterylne, odporność na wirowanie min. 10 000 × g, w statywie, skala objętościowa, pole opisowe, 25 szt. w opakowaniu.
5. Pipety Pasteura – pojemność 3 ml, wykonane z LDPE, długość ok. 155 mm, z podziałką co 0,5 ml, niesterylne, 500 szt. w opakowaniu.
6. Parafilm – szerokość 50 mm, długość 75 m.
7. Szalki Petriego aseptyczne – średnica ok. 90 mm, wysokość ok. 16,2 mm, bez wentylacji, sterylne, 25 szt. w opakowaniu.
8. Zlewki laboratoryjne z polipropylenu (PP), z wylewem i tłoczoną skalą – pojemność 100 ml, wysokość ok. 62 mm, średnica ok. 55 mm.
9. Zlewki laboratoryjne z polipropylenu (PP), z wylewem i tłoczoną skalą – pojemność 250 ml