POLITECHNIKA GDAŃSKA | WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ

Gdańsk, dnia, 05.10.2026 r.

ZZ/806/019/D/26

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Zamawiający, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej zawiadamia, że w dniu 02.10.2026 r. wpłynęły zapytania do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:
Czy zmawiający dopuszcza wagę pieca 38 kg ?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza wagę pieca 38 kg

Pytanie 2:
Czy wzorcowanie ma być przeprowadzone przez laboratorium akredytowane PCA czy przez autoryzowany przez producenta serwis dostawcy wzorcowanym miernikiem ?

Odpowiedź:
Dopuszcza się wzorcowanie pieca przez autoryzowany przez producenta serwis dostawcy wzorcowanym miernikiem. Konieczne jest przedstawienie certyfikatu takiego wzorcowania.

Pytanie 3:
Czy wzorcowanie ma się odbyć przed dostawą czy w miejscu użytkowania?

Odpowiedź:
Wzorcowanie ma się odbyć przed dostawą.

Pytanie 4:
Czy dopuszcza się ciężar pieca do 40 kg ?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza wagę pieca do 40 kg.

mgr inż. Marek Żabczyński
Dyrektor Administracyjny
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. +48 58 347 25 87
fax: +48 58 347 28 21
e-mail:zam.publiczne.wftims@pg.edu.pl
www.pg.edu.pl